

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001=

RAPPORTO DI PROVA Nº 498/L DEL 18.12.2015

Luogo di prestazione di analisi e servizi	GFC Chimica s.r.l.
	Laboratorio Chimico
	Viale Marconi, 73
	44122 Ferrara
Cliente	PPG UNIVER S.p.A.
	Via Monte Rosa, 7
	28010 Cavallirio (NO)
Identificazione del campione consegnato al	11021504 – SIGMA THERMACTIVE
laboratorio ¹	
Descrizione del campione	Idropittura
Data ricevimento	11.02.2015
Data inizio analisi	12.02.2015
Data fine analisi	12.03.2015
Referente	Giuliano Masseroni
Richiedente	Giuliano Masseroni

1 Introduzione

E' stato esaminato, per conto della ditta PPG UNIVER S.p.a. di Cavallirio (NO), di seguito denominata per semplicità committente, un campione di idropittura identificato e descritto come riportato nella tabella sopra.

Come concordato con il committente, su tale prodotto è stata effettuata la determinazione della resistenza alla crescita di muffe (norma UNI EN 15457:2014). Prova in subappalto.

Il campionamento del prodotto è stato effettuato dal committente.

2 Risultati

2.1 Determinazione della resistenza alle muffe

Il campione è stato applicato, a pennello in due mani, su appositi supporti di carta vetro, quindi essiccato in camera climatica a T=23±2°C e UR=50±5% per 7 giorni. Successivamente i provini sono stati sterilizzati con irraggiamento UV per 24 ore e posti, separatamente, con la superficie verniciata rivolta verso l'alto, in capsule Petri contenenti Malt Agar come terreno di coltura. Al termine della preparazione i provini sono stati inoculati con una sospensione fungina mista di Aspergillus niger, Cladosporium cladosporoides, Alternaria alternata, Penicillium purpurogenum (10⁶ cell/mL). Sono stati effettuati tre replicati.

Le capsule Petri sono state poste ad incubare a $24 \pm 2^{\circ}$ C per un periodo di 21 giorni dall'inoculo. Dopo tale periodo è stato osservato visivamente lo sviluppo fungino.

Rapporto di prova nº 498/L del 18.12.2015

Pagina 1 di 2

¹ Il codice 11021504 è un codice interno di GFC Chimica necessario per la rintracciabilità del campione durante l'esecuzione della prova.

Il risultato ottenuto è riportato nella tabella seguente:

Campione	Intensità di sviluppo su provino con biocida
11021504 – SIGMA THERMACTIVE	0

Scala di valutazione (rif. norma UNI EN 15457:2014):

- 0 = nessuno sviluppo
- $1 = superficie\ ricoperta \le 10\%$
- 2 = superficie ricoperta maggiore di 10% e inferiore a 30%
- 3 = superficie ricoperta maggiore di 30% e inferiore a 50%
- 4 = superficie ricoperta > 50% fino a 100

 $Valore\ specificato < 4 = idoneo$

La prova è superata in quanto non si evidenzia sviluppo fungino.

Nella fotografia sottostante si può osservare la resistenza del campione all'attacco fungino.



Assenza di sviluppo fungino su provino di SIGMA THERMACTIVE

GFC Chimica s.r.l.

L'Analista

Ing. Cristina Pocaterra

Glode

GFC Chimica s.r.l.
Il Responsabile di Laboratorio
Dr. Arlen Ferrari

Il presente documento, costituito di due fogli, riproducibili da parte del Committente solo integralmente senza commenti, omissioni, alterazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si riferiscono solo ai campioni esaminati.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA